

Wir / We**Alfred Becht GmbH**

Carl-Zeiss-Straße 16

D-77656 Offenburg

SRN: DE-MF-000007020

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

declare under our own responsibility that the product:

Mischkanülen UMDNS-Nr.: 15-689 (Applikator, sonstige) REF: 555.1 BASIS-UDI-DI: 42503747MixingcannulaAL Zweckbestimmung: Zum einfachen und genauen Vermischen von Wurzelfüllmaterial.	<i>Mixing cannulas</i> <i>UMDNS-Code: 15-689 (Applicator, other)</i> <i>REF: 555.1</i> <i>Basic-UDI-DI: 42503747MixingcannulaAL</i> <i>Intended use: For easy and precise mixing of root filling material.</i>
---	--

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit allen einschlägigen Normen übereinstimmt:

to which this declaration relates is in conformity with all relevant standards:

Verordnung (EU) für Medizinprodukte 2017/745 / Regulation (EU) 2017/745 on medical devices**Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Verordnung (EU) 2017/745 MDR Artikel 19.**

Declaration of Conformity according to Regulation (EU) 2017/745 MDR Article 19.

Die Klassifizierung (Klasse I) erfolgt nach Anhang VIII, Kap. 5.1., Regel 5 der Verordnung.

Classification (Class I) according to annex VIII, par. 5.1. rule 5 of the Regulation.

Wir erklären hiermit die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.


We hereby declare our sole responsibility for issuing the Declaration of Conformity.

Diese Konformitätserklärung gilt in Verbindung mit einem chargenbezogenen Freigabedokument.

This Declaration of conformity is valid in conjunction with a batch-related released document.

Beginn der Gültigkeit: 14.05.2025
Valid since: 14.05.2025**Gültig bis:** 13.05.2028
Valid until: 13.05.2028**Signed on behalf of:**

Offenburg, 23.10.2025

Ort, Datum:
City, Date:**Patricia Klug**
Qualitätsmanagementbeauftragter
Quality management representative